Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy							
L.P.	**Opis techniczny produktu**	**j.m.**	**ilość**	**cena netto za szt**	**Wartosc netto**	**VAT**	**wartość brutto**
	CZĘŚĆ 1						
1	**Implant tytanowy** do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszkony na jednorazowym podajniku,wkręcany **o średnicy 5,0 mm** i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami,w różnych kolorach, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu.	szt	200			8%	
2	**Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka,** wkręcany **o średnicy 2,7 mm** z supermocną nitką, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6N. Pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu	szt	50			8%	
3	**Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK**, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2mm, o średnicy: **od 4mm - 5,5mm;** o długości od 14mm do 15mm, z równo, szeroko rozstawionym gwintem, w celu lepszej fiksacji w kości o słabej jakości, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi.	szt	10			8%	

4	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3-3,5 x 1,5 x 11-12mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią lub Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach od 4,5 do 5 mm x 14 mm z wbudowaną pętlą z wzmacnianej nici w rozmiarach od 15 do 60mm ze skokiem co 5mm implant powinien posiadać dwie nici służące do przeciągania go przez kanały, sterylny komplet implantów do kotwiczenia udowego. Jedna z nici zamocowa na skrzydle w celu pionizacji implant	szt	50			8%	
5	Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy	szt	2			8%	
6	Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforan wapnia w rozmiarach średnich od 5,0 do 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm	szt	50			8%	
7	Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału	szt	5			8%	
8	Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia	szt	25			8%	

9	Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia	szt	15			8%	
10	**Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do chrząstki** w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji.	szt	55			8%	
11	**Wielorazowe,agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich** o średnicach 3,5mm; 4,2mm i 5,5mm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji.	szt	55			8%	
12	**Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych** o średnicy 4,5 mm i dłogości 13 cm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji.	szt	40			8%	
13	**Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej** o kulistym ostrzu , kulka z rowkami. Ostrza o średnicach 3,5mm; 4,5mm i 5,5mm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji.	szt	30			8%	

14	1. **Elektroda bipolarna** do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. 2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3.09 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem* 3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. 4. Elektroda bipolarna - łaczyk	szt	280			8%	
15	Elektroda bierna dwudzielna, dla pacjętów powyżej 2,2 kg. Jednorazowa, wyposażona w kabel o długości 4,5 m, pasek ułatwiający zdjęcie płytki z pacjęta oraz klejącą krawędz, zapobiegającą przedostawaniu się płynów. Elektroda dyspersyjna z funkcją monitorowania jakości kotaktu CQM (contact quality monitoring). Monitorowanie interfejsu pacjent-elektroda w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oparzenia w miejscu zastosowania. Opakowanie zbiorcze 100 szt (4 x 25, każda elektroda pakowana osobno).	szt	15			8%	
16	**Zestaw drenów do artroskopii** kompatybilny z jednrorolkową i dwurolkową pompą firmy Conmed Linvatec. Zestaw zawiera dren do pacjenta z kasetą wyposażoną w membranę gwarantującą orginalność produktu o długości 338 cm , w kolorze niebieskim oraz dodatkowy dren odprowadzający do shavera w kolorze niebieskim. Materiał wykonania drenu nie zawiera lateksu. Komplet jednorazowy.	szt	280			8%	
17	Dren odpływowy do pompy dwurolkowej, sterylny, wyposażony w membranę gwarantującą orginalność produktu, w kolorze różowym. Materiał wykonania drenu nie zawiera lateksu. Komplet jednorazowy.	szt	280			8%	
	Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu **1) instrumentarium do artroskopii barku,** **2) instrumentarium do rekonstrukcji ACL oraz napędy,** **3) konsolę do shavera,** **4) pompę dwurolkową**						

	Łącznie wartość						
CZĘŚĆ 2 - REKONSTRUKCJA CHRZĄSTKI STAWOWEJ							
L.P.	**Opis techniczny produktu**	**j.m.**	**ilość**	**cena netto za szt**	**wartość netto**	**Podatek VAT**	**wartość brutto**
1	Piny zbudowane ze splecionych w warkocz włókien węglowych, stanowiących rusztowanie dla komórek szpiku kostnego. Umożliwiające tworzenie się nowej tkanki chrzęstnej w stawie. Dł. implantu 12,5 mm, średnica 2,95 mm	szt	40			8%	