SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 06.11.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywna dostawa rękawic medycznych i chirurgicznych, znak ZP/13/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	SIWZ – rozdział V pkt. 4. 1) Prosimy o dopuszczenie również raportów z badań, deklaracji wytwórców, certyfikatów jednostek niezależnych starszych niż z 2018 r, jeśli nadal zachowują one ważność.	Zamawiający dopuszcza raporty z badań, deklaracje wytwórców, certyfikaty jednostek niezależnych **nie mogą być starsze** niż z 2017 roku.
2.	Część 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych z polimeryzowaną wyłącznie powierzchnią wewnętrzną, z mankietem o długości min. 280 mm, o poziomie protein poniżej 30 ug/g, zgodność z normą EN 455 1-4 potwierdzona deklaracją zgodności wytwórcy, przebadane na przenikanie zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone certyfikatem lub raportem jednostki notyfikowanej, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.
3.	Część 1 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o długości mankietu min. 280 mm, o grubości na palcu pojedynczej ścianki 0,24 – 0,27 mm, o poziomie protein poniżej 60 ug/g, zgodność z normą EN 455 1-4 potwierdzona deklaracją zgodności wytwórcy, przebadane na przenikanie zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone certyfikatem lub raportem jednostki notyfikowanej, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.
4	Projekt umowy – par. 4 ust. 2 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 6	Zgodnie z par. 4 ust. 2 wzoru umowy Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem, który musi zostać podpisany

	miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 2 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.	przez obie strony umowy. W każdym przypadku Wykonawca zatem wyraża zgodę na zmianę w zakresie treści obowiązującej umowy poprzez podpisania stosownego aneksu.
5	**Część 1, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną; powierzchnią wewnętrzną polimeryzowaną. Długość rękawicy min. 280 mm, mankiet rolowany. Grubość na palcu 0,16mm+/-0,02 (pojedyncza ścianka). Poziom protein ≤79µg/g, wymagany AQL 1,0 potwierdzony badaniami wytwórcy. Muszą posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normami EN 455:1-4 (potwierdzenie jednostki notyfikowanej zakres normy 1-3) EN 420, EN 374, oraz przebadane na przenikanie zgodnie z normą PN EN 16523-1 i potwierdzone raportem z badań. Pozytywny wynik testu na nieprzenikalność mikroorganizmów ASTM F 1671 (potwierdzona raportem z badania niezależnego laboratorium). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE; na opakowaniu oznakowanie spełnianych ww. norm i testów, data produkcji (będąca równocześnie datą sterylizacji) i ważności oraz numer serii. Rękawice w rozmiarze: 6; 6,5;7; 7,5; 8; 8,5; 9.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.
6	**Część 1, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, pudrowane. Powierzchnia wewnętrzna pudrowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Długość rękawicy min. 280 mm. Grubość na palcu 0,16mm+/-0,02 (pojedyncza ścianka). Poziom protein ≤89ug/g, wymagany AQL 1.0 Posiadają deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normami EN 455:1-4 (potwierdzenie jednostki notyfikowanej zakres normy 1-3) EN 420, EN 374 oraz przebadane na przenikanie zgodnie z normą EN 16523-1 (potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej). Pozytywny wynik testu na nieprzenikalność mikroorganizmów ASTM F 1671 (potwierdzona raportem z badania niezależnego laboratorium). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

	MDD/PPE; na opakowaniu oznakowanie spełnianych ww. norm i testów, data produkcji (będąca równocześnie datą sterylizacji) i ważności oraz numer serii. Rękawice w rozmiarze: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.	
7	**Część 2, pozycja 1** Czy Zamawiający do puści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 potwierdzone raportem z badań producenta, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą WN 16523-1 potwierdzone raportem z jednostki niezależnej?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.
8	**Część 4, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01, na dłoni 0,07+/-0,01, o długości 240mm, przebadane wg normy EN 16523-1 (potwierdzone raportem z jednostki niezależnej), pakowanie po 250 szt. (z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 400 opakowań)?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 06.11.2020r